



### Bildzeichen Erklärung

- magnetischer Quadrupol horizontal fokussierend
- magnetischer Quadrupol vertikal fokussierend
- Umlenkmagnet Strahlverteilung
- Umlenkmagnet horizontaler Steerer
- Umlenkmagnet vertikaler Steerer
- Umlenkmagnet Strahlrohr-Verschluss
- Anpumpkammer
- Wobbelmagnet
- Diagnosekammer
- Vakuumkammer
- Schnellschluss Ventil
- Vakuum-Gate-Ventil
- Experimentierkammer
- Umlenkmagnet

### Diagnose Meßsystem

- DG-G Profiltiger mit Gasverstärkung, hor. und vert. 61 x 1,5 mm
- DG-G Profiltiger mit Gasverstärkung, hor. und vert. 31 x 1 mm
- DG-G Profiltiger zur Teilchend diagnose hor. und vert. 63 x 1 mm
- DG-T Profiltiger zur Teilchend diagnose hor. und vert. 63 x 1 mm
- DF Leuchtziel
- DI-P Szintillationszähler aus Plastik
- DI-I Ionisationskammer
- DI-S Sekundärelektronenmonitor
- DI-D Dicker Detektor für Plonen
- DI-V Veto-Zähler

Date		Name		Transfer-Strrecken Target-Halle	
11.12.96		I B T		Strahlführung / Diagnose / Vakuum	
Geprf		Nom		CH-A 020	
1		geprf, SD ergänz		Blatt	
2		Umbau HTC, HTD		Blatt	
1		geprf, SD ergänz		Blatt	
Änderung		Geprf		Blatt	
G S I Darmstadt		Ersatz für CH - A 010		Blatt	