

Mueller, Carsten

Von: Witthaus, Michael
Gesendet: Mittwoch, 11. August 2021 12:44
An: Mueller, Carsten
Betreff: Stromverbrauch Trafo-Kopfelektroniken

Hallo Carsten,

bei der UNILAC-Variante (FG428231) habe ich einen Stromverbrauch zwischen 30 bis 48mA gemessen. Hannes hatte mal in einer Bedienungsanleitung für ein befreundetes Labor < 60mA reingeschrieben. Die Stromangabe bezieht sich auf beide Stromrichtungen bzw. Spannungsversorgungen (+/-15V). Wir haben da aber noch eine andere Variante, die kommt dann als nächstes dran.

Schönen Gruß,

Michael

;-

GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH
Abt.: BEA
Dipl.-Ing.(FH) Michael Witthaus
Planckstr. 1
D-64291 Darmstadt

Phone / Telefon: +49 6159 71 1481
Fax: +49 6159 71 2104
m.witthaus@gsi.de

GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH Planckstraße 1, 64291 Darmstadt, Germany, www.gsi.de

Commercial Register / Handelsregister: Amtsgericht Darmstadt, HRB 1528 Managing Directors / Geschäftsführung: Professor Dr. Paolo Giubellino, Dr. Ulrich Breuer, Jörg Blaurock Chairman of the Supervisory Board / Vorsitzender des GSI-Aufsichtsrats:
Ministerialdirigent Dr. Volkmar Dietz