

1	2	3	4	5	6	7	8	9
LFD. NR	STUECK	BENENNUNG	ZEICHNUNGS-NR.	FOR-MAT	ABMESSUNGEN Fertig-Masse	DIN-U. MODELL-NR. BEZUGSQUELLE	WERKSTOFF	BEMERKUNG
1	1	Konsole links	STD-000-L33.011.000	A3
2	1	Konsole rechts	STD-000-L33.012.000	A3
3
4
5	2	Kammerdeckel	STD-000-LKA.900.001	oZ	Ø269x20	.	1.4306 geschmiedet	od. 1.4429 ESU
6	1	Kammermantel	STD-000-L33.010.001	oZ	Ø273x4x462	.	1.4301	.
7	8	Halterung	STD-000-L33.010.011	A4	60x8x42,8	.	1.4301	.
8	2	Kranöse rechts	STD-000-LKA.930.001	A4	60x10x50	.	1.4301	.
9	2	Kranöse links	STD-000-LKA.930.002	A4	60x10x50	.	1.4301	.
10
11
12
13
14
15
16
17

REV.	ÄNDERUNG (NR.)	DATUM	NAME	GSI DARMSTADT	2008	TAG	NAME	BENENNUNG	Diagnosekammer UNI-DK 1130	BLATT
.	.	.	.		BEARB.	19.05.	Dorn	ZEICHN.-NR.		STD-000-L33.010.000
.	.	.	.		GEPR.				2	
.	.	.	.		FREIG.			ERSATZ FUER: .	ERSETZT DURCH: .	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
LFD. NR	STUECK	BENENNUNG	ZEICHNUNGS-NR.	FOR-MAT	ABMESSUNGEN Fertig-Masse	DIN-U. MODELL-NR. BEZUGSQUELLE	WERKSTOFF	BEMERKUNG
18
19	1	Rohrstutzen	.	oZ	Ø159x2x132	.	1.4301	.
20	2	Rohrstutzen	.	oZ	Ø159x2x122	.	1.4301	.
21	1	Rohrstutzen	.	oZ	Ø108x2x48	.	1.4301	.
22	4	Rohrstutzen	.	oZ	Ø70x2x42,7	.	1.4301	.
23	4	Rohrstutzen	.	oZ	Ø1x1,5x42,7	.	1.4301	.
24
25
26
27
28	3	Anschweissflansch	.	oZ	CF 160	.	1.4306 geschmiedet	od. 1.4429 ESU
29	1	Anschweissflansch	.	oZ	CF 100	.	1.4306 geschmiedet	od. 1.4429 ESU
30	4	Anschweissflansch mit Gewindebohrungen	.	oZ	CF 63	.	1.4306 geschmiedet	od. 1.4429 ESU
31	4	Anschweissflansch	.	oZ	CF 40	.	1.4306 geschmiedet	od. 1.4429 ESU
32
33
34

REV.	ÄNDERUNG (NR.)	DATUM	NAME	GSI DARMSTADT	2008	TAG	NAME	BENENNUNG	Diagnosekammer UNI-DK 1130	BLATT
.	.	.	.		BEARB.	19.05.	Dorn	ZEICHN.-NR.		STD-000-L33.010.000
.	.	.	.		GEPR.				2	
.	.	.	.		FREIG.			ERSATZ FUER: .	ERSETZT DURCH: .	