



UHV-Bauteil
UHV-dicht geschweisst
Integrale Leckrate $<5 \cdot 10^{-10}$ mbar \cdot l/s
Fertigung und Reinigung gemäß Spezifikationen laut Bestellung
entgratet
Schneidkanten vor Beschädigung schützen

Die mit $\nabla 1$ bis $\nabla 34$ gekennzeichneten Form- und Lagetoleranzen sind in einem Maßprotokoll festzuhalten

✓ RZ25 (✓ RZ6,3 ✓ VAC RZ3,2)

VERGLEICH DER OBERFLÄCHENMETRIEN		PREISANZEIGEN	REVISION	PROJEKT	LAGERSTELLE
MAßSTAB	1:1	DRITZEL-NUMMER	150 2768	NAMEN	
ZEICHNUNG	DIAGNOSEKAMMER	ZEICHNER	STP	GEPRÜFT	
PROJEKT	STB-000-L33.015.000	DATEI-NR.			
LAGERSTELLE	STB-000-L33.015.000	PROJEKT-NR.			
LAGERSTELLE					
LAGERSTELLE					
LAGERSTELLE					